

ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ Девин“ ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020)“, уникален № в РОП: 04882-2019-0002.

На основание чл.180 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), представям на вниманието на потенциалните участници следните разяснения:

Въпрос №1:

Поз. 3 - Спирометър

В техническата спецификация е посочено максимално тегло 1 кг и в същото време апарата да бъде с вграден принтер.

Обикновено апаратите с вградени принтери са по-тежки.

Допуска ли се апаратът да е по-тежък, ако не, допуска ли се разпечатването да се извършва чрез връзка с компютър, а апаратът да няма вграден принтер?

Отговор №1:

Апаратът задължително трябва да е с вграден принтер. Относно изискването за тегло, с Решение № РД-18-46 от 03.10.2019 г. това изискване е отменено, като на негово място е поставено изискване апаратът да е преносим.

Замисля

Възложител: д-р Радка Минчева Грозданова –
изпълнителен директор